

2017年3月24日

株式会社エスアールエル
代表取締役社長 東 俊一

白血病キメラ遺伝子検査における低値化傾向について

この度、白血病キメラ遺伝子検査17項目について、検査結果が低値化傾向にあることが判明いたしました。

つきましては、2017年3月25日(土)ご依頼分より受託中止とさせていただきます。

また弊社といたしまして、既に監督官庁に発生した事実を報告いたしました。

現在 全力を挙げて対象医療機関、患者様の調査及び検査工程不備の原因究明を推進しております。

今後の対応といたしましては、不具合を解消した新たな検査項目を早急に導入する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

この度は多大なご迷惑をおかけしておりますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

医療機関様からのお問い合わせ先

TEL 03-6279-0762 (白血病遺伝子検査 お問い合わせ窓口)

受付時間 : 月曜から土曜日 午前9時～午後7時

記

■検査受託中止項目

項目コード No.	検査項目
M857-4	白血病キメラ遺伝子スクリーニング 項目構成(下記14項目) AML1-MTG8、DEK-CAN、NUP98-HOXA9、PML-RARA、 CBF β -MYH11、MLL-AF9、MLL-AF6、MLL-ENL、 minor-bcr bcr-abl、MLL-AF4、ETV6-AML1、E2A-PBX1、SIL-TAL1、 major BCR-ABL

項目コード No.	検査項目
M858-1	骨髄性白血病キメラ遺伝子スクリーニング 項目構成（下記9項目） AML1-MTG8、DEK-CAN、NUP98-HOXA9、PML-RARA、 CBF β -MYH11、MLL-AF9、MLL-AF6、MLL-ENL、 major BCR-ABL
M859-9	リンパ性白血病キメラ遺伝子スクリーニング 項目構成（下記8項目） MLL-AF9、MLL-ENL、minor-bcr bcr-abl、MLL-AF4、ETV6-AML1、 E2A-PBX1、SIL-TAL1、major BCR-ABL
2991-3	AML1-MTG8 キメラ mRNA 定量
2992-1	DEK-CAN キメラ mRNA 定量
2994-5	NUP98-HOXA9 キメラ mRNA 定量
2989-6	PML-RARA キメラ mRNA 定量
2988-9	CBF β -MYH11 キメラ mRNA 定量
2945-5	MLL-AF9 キメラ mRNA 定量
6835-3	MLL-AF6 キメラ mRNA 定量
6832-1	MLL-ENL キメラ mRNA 定量
2984-0	minor bcr bcr-abl キメラ mRNA 定量
2944-8	MLL-AF4 キメラ mRNA 定量
2993-8	ETV6-AML1 キメラ mRNA 定量
2946-2	E2A-PBX1 キメラ mRNA 定量
6830-7	SIL-TAL1 キメラ mRNA 定量
6392-6	major BCR-ABL キメラ mRNA 定量

本検査は白血病の診断と治療効果のモニタリングに用いるものです。

以上